


DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER
PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE
BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer <i>Number</i>	E-010-19-00322
Gegenstand <i>Object</i>	Nichtselbsttätige Waage als Straßenfahrzeug- Verbundwaage Genauigkeitsklasse III, Zulassung UK2925 Wägebereich A: 200 kg – 40000 kg Wägebereich B: 200 kg – 40000 kg Wägebereich Verbund: 200 kg – 50000 kg Eichwert 10 kg / 20 kg
Identifikation <i>Identification</i>	Fabrik-Nr. 249572, Typ DD2050
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Pfister Waagen Bilanciai GmbH Linker Kreuthweg 9, 86444 Affing-Mühlhausen
Antragsteller <i>Applicant</i>	MAD Recycling GmbH Freimanner Bahnhofstr. 24 80807 München
Prüfverfahren <i>Test procedure</i>	Die Prüfung erfolgte entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P2.3 NSW)“. Zur Prüfung wurden Normale der Genauigkeitsklasse M1 oder genauer verwendet.
Ergebnis <i>Result</i>	Das Messgerät entspricht § 37 Abs. 4 des Mess- und Eichgesetzes.
Anzahl der Seiten <i>Number of pages</i>	1
Ort und Datum der Eichung <i>Place and date of verification</i>	München, 28.01.2019
Eichfrist endet am <i>Verification period until</i>	31.12.2021
Eichkennzeichen <i>Verification marking</i>	

Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.


Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum <i>Place and date</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>
München, 04.02.2019	C. Welte Prüfer <i>Tester</i>	S. Hegg Freigabe <i>Approved</i>

Der Eichschein wurde maschinell erstellt und erfordert keine Unterschrift.

The Verification certificate was generated automatically and requires no signature.



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER
PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE
BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer
Number E-010-19-00321

Gegenstand
Object Nichtselbsttätige Waage als Plattformwaage
Genauigkeitsklasse III, Zulassung UK2941
Wägebereich 4 kg – 1500 kg
Eichwert 0,2 kg / 0,5 kg

Identifikation
Identification Fabrik-Nr. 249473, Typ DD1010IH

Hersteller
Manufacturer Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano
I-Campogalliano (Modena), Via S. Ferrari, 16

Antragsteller
Applicant MAD Recycling GmbH
Freimanner Bahnhofstr. 24
80807 München


Prüfverfahren
Test procedure Die Prüfung erfolgte entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P2.3 NSW)“. Zur Prüfung wurden Normale der Genauigkeitsklasse M1 oder genauer verwendet.

Ergebnis
Result Das Messgerät entspricht § 37 Abs. 4 des Mess- und Eichgesetzes.

Anzahl der Seiten
Number of pages 1

Ort und Datum der Eichung
Place and date of verification München, 28.01.2019

Eichfrist endet am
Verification period until 31.12.2021

Eichkennzeichen
Verification marking 

Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.


Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum <i>Place and date</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>
München, 04.02.2019	C. Welte Prüfer <i>Tester</i>	S. Heggl Freigabe <i>Approved</i>

Der Eichschein wurde maschinell erstellt und erfordert keine Unterschrift.
The Verification certificate was generated automatically and requires no signature.



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER
PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE
BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer
Number E-010-19-00433

Gegenstand
Object Nichtselbsttätige Waage als Straßenfahrzeugwaage
Genauigkeitsklasse III, Zulassung UK2942
Wägebereich 200 kg – 50000 kg
Eichwert 10 kg / 20 kg

Identifikation
Identification Fabrik-Nr. 249145, Typ DD1010

Hersteller
Manufacturer Pfister Waagen Bilanciai GmbH
Linker Kreuthweg 9, 86444 Affing-Mühlhausen

Antragsteller
Applicant MAD Recycling GmbH
Freimanner Bahnhofstr. 24
80807 München


Prüfverfahren
Test procedure Die Prüfung erfolgte entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P2.3 NSW)“. Zur Prüfung wurden Normale der Genauigkeitsklasse M1 oder genauer verwendet.

Ergebnis
Result Das Messgerät entspricht § 37 Abs. 4 des Mess- und Eichgesetzes.

Anzahl der Seiten
Number of pages 1

Ort und Datum der Eichung
Place and date of verification München, 15.02.2019

Eichfrist endet am
Verification period until 31.12.2022

Eichkennzeichen
Verification marking 

Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum <i>Place and date</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>
München, 18.02.2019	C. Welte Prüfer <i>Tester</i>	S. Heggl Freigabe <i>Approved</i>

Der Eichschein wurde maschinell erstellt und erfordert keine Unterschrift.
The Verification certificate was generated automatically and requires no signature.